Załącznik nr 2 tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych

Tabela parametrów technicznych zgodnie z zapytaniem ofertowym			
Wymagania		**Oferowane urządzenie (podać parametr oferowanego urządzenia lub potwierdzić spełnienie wymogu*)**	**Cena netto oferowanego urządzenia**
***UWAGA: W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 PODANE SĄ DANE LICZBOWE, W KOL. 3 NALEŻY PODAĆ WARTOŚĆ LICZBOWĄ PARAMETRU OFEROWANEGO URZĄDZENIA. W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 ISTNIEJE ZAPIS „WYMAGANE" NALEŻY STWIERDZIĆ, CZY OFEROWANE URZĄDZENIA SPEŁNIA TEN WYMÓG CZY NIE (TAK / NIE).**			
1	**2**	**3**	**4**
Obciążenie minimalne	10 g		
Obciążenie maksymalne	1500 g		
Dokładność odczytu	0,5 g		
Wymiary szalki	150 x 200 mm		
Licencja na oprogramowanie – system zbierania danych online	wymagany		
Wyświetlacz dotykowy	min 10 cali		
Obudowa szalki i terminala	wymagana		
Stal nierdzewna	wymagana		
Zasilanie - 240 V	wymagane		
integracja z istniejącym w firmie system pomiarowym firmy RADWAG	wymagana		

....

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis)